

# 论证会专家签到表

项目名称：茂名市电白区霞洞镇卫生院CT球管更换采购项目

论证地点：茂名市光华南路118号润威商厦602室

论证时间：2023年2月1日下午15:00（北京时间）

序号	姓名	工作单位	身份证号码	职务（职称）	联系方式
1	林小燕	茂名市妇幼保健医院	44090219830120823	主任护师	15926702731
2	黄文	茂名化热电厂	440902197909122057	经济师	13927531002
3	张荣华	茂名化实华	440902199111024473	法律	18319742606

茂名市电白区霞洞镇卫生院 CT 球管  
更换采购项目

论  
证  
报  
告

2023 年 2 月 1 日

专家论证组签名：张菜华 黄欢 林小燕

# 论证报告

采购人：茂名市电白区霞洞镇卫生院

招标代理机构：广东达禾工程管理有限公司

招标内容：茂名市电白区霞洞镇卫生院 CT 球管更换采购项目

招标代理机构受茂名市电白区霞洞镇卫生院的委托，对茂名市电白区霞洞镇卫生院 CT 球管更换采购项目进行单一来源采购方式、相关招标方案及价格论证。有关论证情况如下：

## 一、专家论证组名单

专家论证组的成员共 3 人，由广东省政府采购监管处建立的专家库中抽取产生。专家论证组组成名单如下：

张荣华、黄欢、林小燕

## 二、项目的基本情况

- 1、项目名称：茂名市电白区霞洞镇卫生院 CT 球管更换采购项目
- 2、项目预算：人民币叁拾玖万元整
- 3、采购内容：飞利浦 CTR1740 球管
- 4、供货单位：东软医疗系统股份有限公司

## 三、论证情况

专家论证组认真细致阅读了本项目的相关招标资料，对单一来源采购方式、相关招标方案及价格等进行论证，有关建议如下：

一是根据《中华人民共和国政府采购法》第三十一条规定：“符合下列情形之一的货物或者服务，可以依照本法采用单一来源方式采购：（1）只

专家论证组签名：张荣华 黄欢<sup>2</sup> 林小燕

能从唯一供应商处采购的；（2）发生了不可预见的紧急情况不能从其他供应商处采购的；（3）必须保证原有采购项目一致性或者服务配套的要求，需要继续从原供应商处添购，且添购资金总额不超过原合同采购金额百分之十的”。

二是市场供应商的唯一性：本院 CT 属于精密的大型医疗专用设备，故障维修和所需配件都必须与原供应商的配件保持一致设备才能正常工作。本设备球管是 CT 设备中的关键部件，其相关电路主要是围绕球管的运行设计，未经厂家测试认可的球管可能导致高压回路损坏，由此所引起的设备故障将造成极大的经济损失。该球管由飞利浦公司的 DunLee 品牌生产，并与东软医疗系统股份有限公司签署战略合作协议，为专供型号 CTR1740 球管。为保证原有采购项目一致性需要继续从原供应商处添购。只能从唯一供应商处采购，符合条件的供应商为从东软医疗系统股份有限公司，建议采用单一来源方式开展采购活动。

综上，为保证原有采购项目一致性需要继续从原供应商处添购。只能从唯一供应商处采购，因此，本项目属于第 1 种情形，可依法采用单一来源方式采购。符合条件的供应商为从东软医疗系统股份有限公司，建议采用单一来源方式开展采购活动。

专家论证组

2023 年 2 月 1 日

专家论证组签名：张荣华 黄欢<sup>3</sup> 林小燕

# 单一来源采购专家论证意见表

项目名称：茂名市电白区霞洞镇卫生院 CT 球管更换采购项目

论证时间：2023 年 2 月 1 日下午 15:00（北京时间）

采购单位：茂名市电白区霞洞镇卫生院

## 论证情况

本项目拟采用“单一来源采购”方式，理由如下：

一是根据《中华人民共和国政府采购法》第三十一条规定：“符合下列情形之一的货物或者服务，可以依照本法采用单一来源方式采购：（1）只能从唯一供应商处采购的；（2）发生了不可预见的紧急情况不能从其他供应商处采购的；（3）必须保证原有采购项目一致性或者服务配套的要求，需要继续从原供应商处添购，且添购资金总额不超过原合同采购金额百分之十的”。

二是市场供应商的唯一性：本院 CT 属于精密的大型医疗专用设备，故障维修和所需配件都必须与原供应商的配件保持一致设备才能正常工作。本设备球管是 CT 设备中的关键部件，其相关电路主要是围绕球管的运行设计，未经厂家测试认可的球管可能导致高压回路损坏，由此所引起的设备故障将造成极大的经济损失。该球管由飞利浦公司的 DunLee 品牌生产，并与东软医疗系统股份有限公司签署战略合作协议，为专供型号 CTR1740 球管。为保证原有采购项目一致性需要继续从原供应商处添购。只能从唯一供应商处采购，符合资格条件的供应商为从东软医疗系统股份有限公司，建议采用单一来源方式开展采购活动。

综上，为保证原有采购项目一致性需要继续从原供应商处添购。只能从唯一供应商处采购，因此，本项目属于第 1 种情形，可依法采用单一来源方式采购。符合资格条件的供应商为从东软医疗系统股份有限公司，建议采用单一来源方式开展采购活动。

评委签名：张荣华 黄欢 林小燕

## 附件 1:

## 单一来源采购方式专业人员论证意见

专业人员信息	姓名: 张荣华	
	职称: 法律	
	工作单位: 茂化实华	
项目信息	项目名称: 茂名市电白区霞洞镇卫生院 CT 球管 更换采购项目	
	供应商名称: 东软医疗系统股份有限公司	
专业人员论证意见	<p>CT 属于精密的大型医疗专用设备, 本设备球管是 CT 设备中的关键部件, 是由飞利浦的 DunLee 品牌生产, 与东软医疗系统股份有限公司签署战略合作协议, 为专供型号 CTR 1740, 只能从唯一供应商处采购, 建议采用单一来源方式采购。</p>	
专业人员签字	张荣华	日期 2023 年 2 月 1 日

注: 本表格中专业人员论证意见由专业人员手工填写。

## 附件 1:

## 单一来源采购方式专业人员论证意见

专业人员信息	姓名: 黄欢	
	职称: 经济师	
	工作单位: 茂名化热电厂	
项目信息	项目名称: 茂名市电白区霞洞镇卫生院 CT 球管 更换采购项目	
	供应商名称: 东软医疗系统股份有限公司	
专业人员论证意见	<p>采购方在使用中 CT 机, 其故障维修和所需配件须与原供应商的配件保持一致设备才能正常工作。拟购球管是 CT 设备中的关键部件, 其相关电路主要是围绕球管的运行设计, 未经厂家测试认可的球管可能会导致设备故障而造成经济损失。为保证原有采购项目一致性, 建议从与飞利浦公司具有战略合作协议的东软医疗系统股份有限公司处以单一来源采购方式进行采购。</p>	
专业人员签字	黄欢	日期 2023 年 2 月 1 日

注: 本表格中专业人员论证意见由专业人员手工填写。

## 附件 1:

## 单一来源采购方式专业人员论证意见

专业人员信息	姓名: 林小燕	
	职称: 主任护师	
	工作单位: 茂名市妇幼保健院	
项目信息	项目名称: 茂名市电白区霞洞镇卫生院 CT 球管 更换采购项目	
	供应商名称: 东软医疗系统股份有限公司	
专业人员论证意见	<p>CT属于精密的大型医疗专用设备,维修和所需配件都必须与原供应商配件保持一致才能正常工作,本设备球管是CT设备中的关键部件,是由飞利浦公司的Dunklee品牌生产,并与东软医疗系统股份有限公司签署战略合作协议,为筒型号CTR1740球管,只能从唯一供应商处采购,建议采用单一来源方式采购。</p>	
专业人员签字	林小燕	日期2025年2月1日

注: 本表格中专业人员论证意见由专业人员手工填写。